

■ 기상관측표준화법 시행규칙 [별표 3의2] <신설 2021. 4. 16.>

기상측기의 형식승인 기준(제6조의3제3항 관련)

1. 외관 및 구조

기상측기의 외형, 규격, 재질 등 기상측기의 외관 및 구조가 기상관측에 적합할 것

2. 정확도

측정점 또는 측정 구간에서 기상측기와 기준기(基準器)가 각각 측정한 값의 차이가 기상청장이 정하여 고시한 최대허용오차 범위 이내일 것

3. 내구성

다양한 환경에서 기상관측이 가능하도록 온도·습도 등 외부환경에 대한 내구성을 갖출 것

4. 그 밖에 기상측기의 종류별 형식승인의 세부기준은 기상청장이 정하여 고시한다.