

성능인증기관의 인력 및 시설·장비기준(제17조제2항 관련)

1. 인력: 다음 각 목의 인력을 각각 갖추어 것

구분	자격	기준
가. 책임자	다음의 어느 하나에 해당하는 사람일 것 1) 대기 관련 분야의 박사 또는 기술사 2) 환경측정분석사 자격을 취득한 후 시험·검사 관련 실무경력이 5년 이상인 사람 3) 대기 관련 분야 기사 자격 또는 석사학위를 취득한 후 시험·검사 관련 실무경력이 10년 이상인 사람	1명 이상
나. 연구원	다음의 어느 하나에 해당하는 사람일 것 1) 대기 관련 분야의 기능사 자격을 취득한 후 관련 실무경력이 5년 이상인 사람 2) 환경측정분석사 자격을 취득한 후 시험·검사 관련 실무경력이 2년 이상인 사람 3) 대기 관련 분야의 기사 자격 또는 석사학위를 취득한 후 시험·검사 관련 실무경력이 3년 이상인 사람	2명 이상

2. 시설·장비: 다음 각 목의 시설·장비를 갖추어 것

구분	시설·장비	수량
가. 시설	1) 실내시험실	1실 이상
	2) 천칭실	1실 이상
	3) 시험품 보관실	1실 이상
	4) 실외 시험동	1동 이상
나. 장비	1) 항온항습장치 또는 동등한 성능 이상의 장비	1벌 이상
	2) 정밀저울 또는 동등한 성능 이상의 장비	1벌 이상
	3) 표준입자 발생장치 또는 동등한 성능 이상의 장비	1벌 이상
	4) 시험챔버(chamber) 또는 동등한 성능 이상의 장비	1벌 이상
	5) 초미세먼지 시료채취장치와 그 부속기기	4벌 이상
	6) 초미세먼지 연속자동측정기와 그 부속기기	4벌 이상
	7) 현장성능점검을 위한 입자 발생장치 또는 동등한 성능 이상의 장비	3벌 이상

비고

1. 제2호나목 5)에 따른 장비는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 형식승인을 획득한 장비여야 한다.
2. 제1호 및 제2호에서 규정한 사항 외에 인력 및 시설·장비기준에 관한 세부적인 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다.