

수질오염공정시험기준
(지하수)

ES 04739.2

염소이온-이온전극법
(Chloride-Electrode Method)

2022

이 시험기준은 시료에 이온강도 조절용 완충용액을 넣어 pH를 조절하고, 전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정하며 그 전위차로부터 정량하는 방법으로 ES 04350.2b 음이온류-이온전극법에 따른다.