

수질오염공정시험방법
(지하수)

ES 04739.3a

염소이온-적정법
(Chloride-Titrimetric Method)

2025

이 시험기준은 지하수에 존재하는 염소이온을 분석하기 위해서, 염소이온을 질산은과 정량적으로 반응시킨 다음 과잉의 질산은이 크롬산과 반응하여 크롬산은의 침전으로 나타나는 점을 적정의 종말점으로 하여 염소이온의 농도를 측정하는 방법으로 ES 04356.3e 적정법에 따른다.