

수질오염공정시험기준
(지하수)

ES 04740.0a

시안
(Cyanide)

2025

1.0 일반적 성질

이 시험기준은 지하수 중에 시안의 분석방법으로 시료채취, 간섭물질, 전처리방법과 측정방법에 관해 설명하고, 내부정도관리에 대해 자세히 기술하고 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법

시안	정량한계 (mg/L)	정밀도 (% RSD)
자외선/가시선 분광법	0.01 mg/L	25 % 이내
이온전극법	0.10 mg/L	25 % 이내
연속흐름법	0.01 mg/L	25 % 이내