

불소이온-이온선택전극법

2025

(Fluoride-Ion Selective Electrode Method)

이 시험기준은 물속에 존재하는 불소이온을 측정하기 위하여 시료에 이온강도 조절용 완충용액을 넣어 pH 5.0 ~ pH 5.5로 조절하고 불소이온 전극과 기준전극을 사용하여 전위차를 측정하고 그 전위차로부터 불소이온을 정량하는 방법으로 ES 04350.2c 음이온류-이온선택전극법에 따른다.