

시안-이온선택전극법

2025

(Cyanide-Ion Selective Electrode Method)

이 시험기준은 지표수, 하·폐수 등에 존재하는 시안을 측정하기 위하여 pH 12 ~ pH 13의 알칼리성에서 시안이온 선택전극과 기준전극을 사용하여 전위차를 측정하고 그 전위차로부터 시안을 정량하는 방법으로 ES 04350.2c 음이온류-이온선택전극법에 따른다.