

염소이온-이온선택전극법

2025

(Chloride-Electrode Method)

이 시험기준은 염소이온을 이온선택전극법을 이용하여 분석하는 방법으로 시료에 아세트산염 완충용액을 가해 pH를 약 5로 조절하고, 지시전극(또는 작업전극)과 기준전극을 사용하여 전위차를 측정하고 그 전위차로부터 정량하는 방법으로 ES 04350.2c 음이온류-이온선택전극법에 따른다.