

6가 크롬-유도결합플라스마-원자발광분광법

2024

(Hexavalent Chromium-Inductively Coupled Plasma-Atomic
Emission Spectrometry)

이 시험기준은 물속에 존재하는 6가 크롬을 측정하는 방법으로, 시료를 용매추출법으로 전처리 후 시료를 플라스마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하는 방법으로 ES 04400.3d 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법에 따른다.