

퇴적물 구리-유도결합플라스마-

2025

원자발광분광법

(Copper-Inductively coupled plasma-Atomic emission
spectroscopy)

이 시험기준은 퇴적물 속에 존재하는 구리의 측정 방법이다. 퇴적물의 구리-유도결합플라스마-원자발광분광법은 시료를 산분해법, 용매추출법으로 전처리 후 시료를 플라스마에 주입하여 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하는 방법으로 ES 04870.1 유도결합플라스마-원자발광분광법에 따른다.