

인턴 수련병원등 지정기준(제7조제1항 관련)

1. 일반 지정기준

가. 병상 규모: 허가 병상 수 100병상 이상

나. 연간 진료실적: 퇴원환자 2,000명 이상

다. 시설 및 기구: 간호과, 영양과, 약국, 의무기록실, 응급실, 수술실, 중환자실, 중앙공급실, 인턴당직시설, 분만실, 회복실 및 강의실(또는 회의실)을 갖추는 것

2. 진료과목별 지정기준

진료과목	시설 및 기구
내과	가. 심전도기 나. 안저검사경 다. 인공호흡기 라. 천자류
소아청소년과	가. 격리병실 나. 수유준비실 다. 소아진료에 필요한 전용 신체계측기, 활력징후모니터 및 심폐소생기구
외과	가. 수술중 진단용 X-ray(C-arm 또는 portable X-ray) 나. 복강경수술기구(Laparoscopic surgery unit) 다. 전기소작기(Electric coagulator) 또는 전파절삭기(Bipolar vessel sealing system)
산부인과	가. 신생아실 나. 신생아 보육기
영상의학과	진단용 엑스선장치 300mA 2대 이상을 포함하여 5대 이상
마취통증의학과	가. 마취기 나. 심전도 다. 직접 및 간접혈압계(수기용 제외) 라. 체온측정기 마. 맥박산소계측기 바. 호기말이산화탄소농도 측정기(CAPNOMETER) 사. 흡인기 아. 흡입산소농도 측정기와 마취가스 농도 측정기 자. 근이완상태 측정기 차. 제세동기 카. 혈액가스 분석기 타. 심폐소생술 시설을 갖춘 회복실
진단검사의학과	가. 진단검사의학(임상병리) 검사실 나. 진단검사의학(임상병리) 검사실에는 혈액응고 분석기, 자동혈구 분석기, 혈액도말 염색시설, 임상화학 분석기, 전해질 분석기, 혈액가

	스 분석기, 미생물 염색시설, 면역측정법 분석기, 요시험지봉 판독기, 혈액 전용 냉장고, 원심분리기, 냉장고, 냉동고, 현미경을 갖추
병리과	가. 맨눈표본검사실 나. 조직표본제작실 다. 세포표본제작실

비 고

1. 위 표 제1호나목의 "퇴원환자"는 각 진료과목별 퇴원환자를 합산하여 산정한다. 이 경우 각 진료과목별 퇴원환자는 신생아를 제외하고, 동일인은 입원진료 횟수에 관계없이 1명으로 산정한다.
2. 위 표 제2호의 마취통증의학과와 "시설 및 기구" 중 가목부터 사목까지는 각 수술실 (전신마취 또는 부위마취가 시행되고 있는 수술실을 모두 포함한다)마다 구비하여야 하며, 아목부터 타목까지는 병원 내 일정한 장소에 구비하고 있어야 한다.
3. 위 표 제2호나목의 "시설 및 기구"와 관련하여 두 가지 이상의 기능을 수행할 수 있는 하나의 시설 또는 기구를 보유한 경우에는 각 항목의 해당 시설 또는 기구를 갖춘 것으로 본다.