

공동사용계약을 체결할 수 있는 시설 및 장비(제10조제1항 관련)

측정기기	공동사용계약을 체결할 수 있는 시설 및 장비
제작차 배출가스 측정기기	가. 온도변환시험기(온도는 $-20 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 에서 자동조절이 가능해야 하고, 온도기록장치가 포함되어야 하며, 내부 크기가 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 이상이어야 한다) 나. 풍동시험장치(안지름이 100mm 이상인 것이어야 한다)
운행차 배출가스 측정기기	검정용 자동차
대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 탄화수소 및 산소만 해당한다) 측정기	유량교정장치
굴뚝배출가스(이산화황, 질소산화물, 염화수소, 불화수소, 암모니아, 일산화탄소, 이산화탄소, 메탄, 산소 및 먼지만 해당한다) 연속자동측정기 및 굴뚝배출가스 유속자동측정기	가. 역전류검출기(osilloscope) 나. 증류수제조장치
대기(이산화황, 일산화탄소, 질소산화물, 오존, 미세먼지 및 초미세먼지만 해당한다) 연속자동측정기 및 대기질시료 채취장치	증류수제조장치
굴뚝시료 채취장치	가. 압력펌프 나. 전압·전류 측정기(전압은 0.01mV, 전류는 0.001mA 이하까지 측정 가능해야 한다)
용존산소 연속자동측정기	가. 직류전압발생장치($\pm 1\text{V}$ 범위의 전압을 0.5mV 이내로 발생시킬 수 있어야 한다) 나. 가변저항기(내부저항을 1M Ω 및 500M Ω 으로 바꿀 수 있어야 한다) 다. 회로시험기
화학적 산소요구량 연속자동측정기	가. 직류전압발생장치($\pm 1\text{V}$ 범위의 전압을 0.5mV 이내로 발생시킬 수 있어야 한다) 나. 가변저항기(내부저항을 1M Ω 및 500M Ω 으로 바꿀 수 있는 것) 다. 회로시험기
생물화학적 산소요구량 연속자동측정기	가. 직류전압발생장치($\pm 1\text{V}$ 범위의 전압을 0.5mV 이내로 발생시킬 수 있어야 한다)

	나. 가변저항기(내부저항을 1MΩ 및 500MΩ으로 바꿀 수 있는 것) 다. 회로시험기
총질소 연속자동측정기	가. 직류전압발생장치(±1V 범위의 전압을 0.5 mV 이내로 발생시킬 수 있어야 한다) 나. 가변저항기(내부저항을 1MΩ 및 500MΩ으로 바꿀 수 있는 것) 다. 회로시험기
총인 연속자동측정기	가. 직류전압발생장치(±1V 범위의 전압을 0.5 mV 이내로 발생시킬 수 있어야 한다) 나. 가변저항기(내부저항을 1MΩ 및 500MΩ으로 바꿀 수 있는 것) 다. 회로시험기
총유기탄소 연속자동측정기	가. 직류전압발생장치(±1V 범위의 전압을 0.5 mV 이내로 발생시킬 수 있어야 한다) 나. 가변저항기(내부저항을 1MΩ 및 500MΩ으로 바꿀 수 있는 것) 다. 회로시험기
소음계	가. 다기능 표준음발생기(중심주파수대역: 31.5 Hz ~ 16kHz) 나. 기록장치
진동레벨계	가. 다기능 표준진동발생기(중심주파수대역: 1 Hz ~ 90Hz) 나. 기록장치
저장시설 누출측정기기	자동기록장치
탁도 연속자동측정기	직류전압 발생장치(±1V 범위의 전압을 0.001 mV 이내로 발생시킬 수 있어야 한다)
잔류염소 연속자동측정기	직류전압계(내부저항이 3GΩ 이상의 것으로, 0~1V 범위의 전압을 ±0.001mV 이내 정도로 계측할 수 있어야 한다)
실내공간오염물질(포름알데히드, 미세먼지, 초미세먼지, 휘발성유기화합물, 석면, 총부유세균 및 부유곰팡이만 해당한다) 시료채취장치	가. 위상차현미경 나. 세균 배양기
실내공간오염물질(미세먼지, 초미세먼지, 일산화탄소, 이산화탄소, 오존, 이산화질소 및 라돈만 해당한다) 자동측정기	가. 가스 크로마토그래프/질량분석기 나. 측정기기 영점(零點) 교정을 위한 표준가스 발생장치 다. 직류전압 공급장치