

동물 진단용 방사선발생장치 등에 관한 서류(제14조 관련)

작성기관	기록사항	보존기간
1. 시장·군수 ·구청장	동물 진단용 방사선 관리대장(별지 제6호서식)	해당 장치 폐기 후 1년
2. 검사·측 정기관의 장	가. 제8조제1항에 따른 각종 성적서 1) 방사선 관계 종사자의 피폭선량 측정서 2) 방사선 방어시설의 검사에 관한 서류 3) 동물 진단용 방사선발생장치의 검사에 관한 서류 나. 검사 및 측정에 필요한 기기의 품질관리에 관 한 서류	20년 10년 5년 해당 장치 폐기 후 1년
3. 동물병원 개설자	가. 동물 진단용 방사선발생장치 사용기록(동물의 촬영부위 또는 촬영명칭 등을 포함한다.) 나. 제4조 및 제8조에 따른 방사선 관계 종사자의 피폭선량 측정과 제13조에 따른 방사선 관계 종 사자에 대한 건강진단에 관한 사항 다. 동물 진단용 방사선발생장치 검사성적서 및 장치 점검기록(수리명세서 및 관련 자료를 포 함한다) 라. 방사선 방어시설 검사성적서(차폐벽 두께 및 재료명을 표시한 설계도를 포함한다) 마. 방사선 관계 종사자 현황(성명, 성별, 연령 등) 바. 동물 진단용 방사선발생장치의 설치 및 사용신 고증명서	1년 해당 종사자 퇴 직 때까지(퇴직 시 당사자에게 발급한 다) 해당 장치의 철거 후 1년 해당 시설의 철거 후 1년 5년 해당 장치 및 시 설 철거 후 1년