

가축병성감정실시기관지정 기준(제14조의2제2항 관련)

1. 전문인력 구성기준

구분	자격기준 등
병성감정책임자 및 병성감정담당자	병성감정책임자 및 병성감정담당자는 의사로서 총 3명 이상으로 구성하여야 하며, 병성감정책임자 중 1명은 병성감정 실무경력이 3년 이상인 사람으로 두고, 상근(常勤)해야 한다.

2. 시설 기준

가축병성감정실시기관은 병성감정업무를 수행하는 데 적합한 다음 각 목의 시설을 갖추어야 한다.

시설	수량	비고
가. 병성감정 전용 실험실	1실	
나. 소각실 또는 소각로	1실 또는 1로	폐기물을 「폐기물관리법」 제18조제1항에 따라 위탁 처리하는 경우에는 갖추지 않을 수 있다.
다. 부검실	1실	병리해부, 조직검사를 하지 않는 경우로서 외부 오염원 유입 차단을 위해 별도 구분·구획된 전처리실[폐사체·장기 등 검사시료의 전처리실(前處理室)을 말한다]을 갖춘 경우에는 갖추지 않을 수 있다.

3. 실험기자재 구비기준

가축병성감정실시기관은 병성감정업무를 수행하는데 적합한 다음 기자재 등을 갖추어야 한다.

가. 필수기자재

장비명	수량	비고
광학현미경(Microscope)	1대	
천평(Balance) 또는 전자저울	1대	
냉장고(Refrigerator)	1대	

수소이온농도측정기 (pH Meter)	1 대	
원심분리기 (Centrifuge)	1 대	
고압멸균기 (Autoclave)	1 대	
배양기 (Incubator)	1 대	
항온수조 (Floating bath)	1 대	
조직처리기 (Tissue processor)	1 대	
조직포매기 (Embedding center)	1 대	
조직절편기 (Microtome)	1 대	
슬라이드건조기 (Slide warmer)	1 대	
염색बाट 또는 자동조직염색기 (Automatic slide stainer)	1 대	
부검도구	1 세트	
부검대 (Necropsy table)	1 대	
혐기배양기 (Anaerobic jar)	1 개	
알콜램프 또는 가스램프	1 대 이상	
세균배양용 백금이 (루프)	3 개 이상	
효소면역법판독기 (ELISA reader)	1 대	
중합연쇄반응기 (PCR machine)	1 대	

나. 권장기자재

장비명	수량	비고
형광현미경 (Fluorescent microscope)	1 대	
CO2 배양기 (CO2 incubator)	1 대	
냉동조직절편기 (Cryotome)	1 대	
혈액검사기 (Automatic blood cell counter)	1 대	
분광광도계 (Spectrophotometer)	1 대	
자동조직염색기 (Automatic slide stainer)	1 대	
도립현미경 (Inverted microscope)	1 대	
자동혈청미량성분분석장치 (Automatic serum analyzer)	1 대	
HPLC system	1 대	

다. 필수 실험실 물품

물품명	수량	비고
에칠알콜 (Ethanol)	검사업무를 원활히 실시	

	할 수 있는 적정 수량	
메칠알콜 (Methanol)	"	
크리스탈 바이올렛 (Crystal Violet)	"	
요오드 (Iodine)	"	
사프라닌 (Safranin)	"	
슬라이드글라스 (Slide glass)	"	
커버글라스 (Cover glass)	"	
파라핀 (Paraffin)	"	
자이렌 (Xylene)	"	
김사 (Giemsa)	"	
에오신 (Eosin)	"	
헤마톡시린 (Hematoxylin)	"	
포르말린 (Formalin)	"	
페트리디쉬 (Petri dish)	"	
혈액배지 (blood agar, 세균, 세포 등을 배양하기 위해 필요한 영양소에 혈액을 첨가하여 만든 액체나 고체)	"	
몰러힌턴배지 (Muller hinton agar)	"	
맥콩키배지 (MacConkey agar) 등 세균분리동정용 배지수종	"	

비고

가목 및 다목에도 불구하고 병리해부, 조직검사를 하지 않는 경우에는 해당 검사에 필요한 가목의 필수기자재, 다목의 필수 실험실 물품을 갖추지 않을 수 있다.